

Ajánlatkérő az iratot elsődlegesen **fax útján** bocsátja rendelkezésre, illetve a www.szigetvarkorhaz.hu honlapon teszi ezzel egyidejűleg közzé. Amennyiben az Ajánlattevő külön kéri, a dokumentumokat Ajánlatkérő másodlagosan email útján is megküldi.

Ajánlatkérő azoknak az Ajánlattevőknek küldi meg a jelen iratot közvetlenül, akik a letöltést visszaigazoló nyilatkozatot az Ajánlatkérő részére Kbt. a 41. §. (2) és (4) bekezdése előírásainak megfelelően visszaküldték.

Kifejezetten kérjük, hogy az irat kézhezvételét Ajánlatkérő részére visszaigazolni szíveskedjen!

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS III.

„Adásvételi szerződés - EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében orvosi berendezések, eszközök leszállítása, üzembe helyezése és jótállás biztosítása”

EFOP-2.2.19-17-2017-00016

Szigetvári Kórház szakrendeléseinek infrastrukturális fejlesztése

Tisztelt Ajánlattevő!

A Szigetvári Kórház ajánlatkérő által indított ***„Adásvételi szerződés - EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése pályázat keretében orvosi berendezések, eszközök leszállítása, üzembe helyezése és jótállás biztosítása”*** tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a tárgyi eljárásban az alábbi kiegészítő tájékoztatás kerül kibocsátásra.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A beérkezett kérdések alapján Tisztelt Ajánlattevőknek az alábbi válaszokat adhatjuk:

Kérdés 1.

„2. rész: Automata vérnyomásmérő

Elvárás: 1-1 db Normál és nagy méretű mandzsetta

Elfogad-e a t. Ajánlatkérő egyenértékűnek olyan készüléket, amelynek kétméretfunkciós mandzsettája van, így a készülék alapfelszereléséhez tartozó mandzsetta méretében egyszerre teljesíti a normál és a nagy méretű mandzsetta követelményét?”

Válasz 1.:

Igen, mivel Ajánlatkérő az egyenértékűségi előírásokra tekintettel van.

Kérdés 2.:

„Csontsűrűségmérő:

Ajánlatkérő előnyként értékeli az olajjal hűtött röntgensővel rendelkező készülék megajánlását. Kérjük egyértelműsítsék, hogy a többlet szakmai pontokat csak azon készülék kapja meg, amely röntgensőve kizárólag

olajjal hűtött avagy az olajjal és levegővel vegyesen hűtött röntgencsőű készüléknek is jár a többlet szakmai pont?”

Válasz 2.:

A kérdésre tisztelettel egyértelműsítjük – miként az a műszaki specifikáció ezen pontja indokolásában részletes indokolásra is került -, hogy az eredeti műszaki tartalom szerint a kizárólag az olajjal hűtött kategória kerül előnyként értékelésre.

A dokumentáció nem módosul.

2018. június 5.

Dr. Bálint Tamás
felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó
lajstromszám: 00072

Dr. Bálint Tamás
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Szigetvári Kórház
Ajánlatkérő képviselőjeként